

高度救命処置用資機材等仕様書
(高規格救急自動車用)

令和元年度

熱 海 市

第1 総 則

1 目 的

本仕様書は、熱海市消防本部（以下「消防本部」という。）が、令和元年度に購入する高規格救急自動車（以下「救急車」という。）に積載する高度救命処置用資機材等について定める。

2 概 要

- (1) 高度救命処置用資機材等は本仕様書のとおりとし、且つ、総務省消防庁が定める救急業務実施基準及びその他関係法令に適合し、消防本部の承認が得られるものであること。
- (2) 高度救命処置用資機材等は、受注者の責任において救急車に積載及び取付けをすること。
- (3) 高度救命処置用資機材等の積載位置について、特に定めがない場合は救急車製造業者の標準艤装位置とする。
- (4) 高度救命処置用資機材等は、納入後の点検・整備及び修理等に支障がないよう取付けること。
- (5) 受注者は、救急車製造業者と十分な連絡を取り合い、必要に応じ高度救命処置用資機材等を艤装場所に送るなどして、取付けにあたり不備が生じないように配慮すること。
- (6) 受注者は、薬事法（昭和35年法律第145号）第24条の規定に基づく、医薬品販売業の許可及び同法第39条の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業許可を受けていること。
- (7) この仕様書の記載事項について変更及び疑義のある場合は、随時消防本部と協議を行うものとする。

3 費用負担

納入に至る間に要した費用一切は、受注者の負担とする。

4 納入等

- (1) 納 期：令和2年2月28日（金）
- (2) 納入場所：静岡県熱海市中央町1-1 熱海市消防本部
- (3) そ の 他
 - ア 納入時最新の物または同等品を納入すること。
 - イ 受注者は、救急車納入前に受注者立会いの下、救急車製造業者に機器等を取り付けさせ、速やかに救急車製造業者と共に納入すること。
 - ウ 受注者は、納入の際、消防本部の指示に従い、高度救命処置用資機材等の取扱い説明を行うこと。

5 保証

- (1) 納入後、材質の不良および不備により生じた故障、また破損等について、納入の日から12ヵ月間受注者がその責任で無償修理するものとする。
- (2) 発注者は12ヵ月間を経過した後においても、重大な製作上等の瑕疵によって生じた損傷については、受注者と協議のうえ受注者に無償で修理を行わせることができる。
- (3) 本仕様書は概要を示すものであるから、本仕様書に記載のない事項であっても、機能上当然具備しなければならない事項はこれを充足しなければならない。

第2 仕様

高度救命処置用資器材等は別表1のとおりとする。

別表1

1 観察用資器材			
番号	品名	数量	備考
1	心電計		
	ベッドサイドモニター BSM-3000 シリーズ ライフスコープ VS 付属品	1	BSM - 3562
	心電図誘導コード (12誘導)	1	BJ-900P
	バッテリーパック	1	SB-671P
	ディスポオキシプローブ乳児、小児用 (P203B)	1	TL-272T
	CO2 センサキット	1	TG-920P
	ベッドサイドモニター記録紙	2	A723
2	体温計、血圧計、聴診器、検眼ライト		
	電子体温計 MC-680	1	AE-1022-101
	ウェルチ・アレン アネロイド血圧計 DS66 ハンド型 (TR-1型)	1	AE-1009-201
	ウェルチ・アレン プロフェッショナル聴診器 ケース付	1	AE-1086-002
	LEDアルカプッシュライト	1	AE-1058-005
3	血糖値測定器		
	自己検査用グルコース測定器 アキュチェック アビバ ノ本体	1	AE-1013-030
2 呼吸・循環管理用資器材			
番号	品名	数量	備考

1	蘇生人工呼吸器		
	アンプ 蘇生バック マークⅣ (成人用単体)	1	AM-1209-076
	アンプ 蘇生バック マークⅣ単体 (ベビー用単体)	1	AM-1209-069
	アンプ 酸素リザーバーバッグ	1	AM-2209-093
	アンプ 酸素リザーバー新生児用 (蛇管タイプ)	1	AM-2209-009
	アンプ シリコンカフ フェースマスク サイズ 0 (幼児用 透明ドーム)	1	AM-1209-123
	アンプ シリコンカフ フェースマスク サイズ 4 (大人用 透明ドーム)	1	AM-1209-125
2	ガスサプライバルブ		
	ガスサプライバルブ (アダプタ込)	1	FW-1201-009 FW-2201-002
3	人工呼吸器		
	救急搬送用人工呼吸器 アンサー (Rセット)	1	KOM299
	アンサー用搬送ケース	1	KOM2950
	リューザブルシングル呼吸回路	1	KOM3313
	ニューバック VR1 オプション 呼吸回路・標準タイプ 1.2m	1	BE-2003-042
	患者バルブアセンブリ	1	BE-2003-043
4	減圧弁		
	減圧弁 SAヨーク型 ジュンロンチャック付	2	BE-1007-114
	流量計付減圧弁 FLW2型 (ヨーク型)	1	BE-1007-015
5	吸引器		
	パワーミニックⅡ	1	
6	ラリングルチューブ		
	LTS 3号	1	BE-1003-201
	LTS 4号	4	BE-1003-202
	LTS 5号	1	BE-1003-203
7	LED喉頭鏡		
	ウェルチ・アレク LED喉頭鏡ハンドルスタンダード	1	BE-1009-175
	ウェルチ・アレク ブレード マッキントッシュ型 サイズ 3	1	BE-1009-162

8	マギール鉗子		
	マギール鉗子 (小) 18cm	1	BE-1605-031
	マギール鉗子 (大) 25cm	1	BE-1605-033
9	ビデオ硬性挿管用喉頭鏡		
	ビデオ喉頭鏡 KING VISION スタートキット # 3	1	BE-1088-051
10	膿盆・受水器・洗面器		
	膿盆ステンレス (小)	1	FA-1107-001
	膿盆ステンレス (中)	1	FA-1107-002
	膿盆ステンレス (大)	1	FA-1107-003
	受水盆 700ml 目盛付	1	FA-1105-001
	洗面器 ステンレス浅型 32cm	1	FA-1010-003
11	心肺蘇生補助装置		
	自動心肺蘇生器 Clover 3000	1	PRIME パッケージ
	LUCAS 2 キャリングケース (ハード)	1	
12	半自動除細動器		
	TEC 2603 カルジオライフ S 一式	1	
	リチウムイオンバッテリー	2	
	除細動レポート表示ソフトウェア	1	
	ホルターカード (SD メモリカード)	1	
	バッテリーチャージャー	1	
	電源コード	1	
	記録器	1	
	記録紙	1	
	3 電極リード線	1	
	6 電極リード線	1	
13	救急車定置型酸素吸入装置		
	オキシパック OX-III S	1	BE-1007-205

	三方チーズ 高圧用	1	BE-2007-031
	配管ホース	1	BE-2007-314
3 創傷等保護用資器材			
番号	品名	数量	備考
1	骨盤固定具		
	T-PODレスポonder	1	
2	止血帯・駆血帯		
	NRA止血帯CAT	5	
	駆血帯 井ノ内式 (カラー:イエロー)	15	FA-1058-010
3	包帯・ガーゼ		
	自着性不織布伸縮包帯 ふれ帯 (75mm×3m) 10巻入	5	FA-3012-002
4 保温・搬送用資器材			
番号	品名	数量	備考
1	スクープストレッチャー・バックボード		
	スクープエクセル モデル65EXL ピン付タイプ	1	FW-1901-192
2	ヘッドイモビライザー		
	モデル445 ヘッドイモビライザー	1	FW-1501-002
	モデル445-S ヘッドイモビライザー (ヘッドホルダー付)	1	FW-1501-018
3	患者搬送用補助具		
	患者搬送補助具 キャットハンズ	1	TT-1048-011
4	バックボードストラップ		
	バイセーフストラップ クリップ付 プラスチックバックル	4	FW-1901-185
5	担架・布担架		
	モデル44 レスキューシート	2	FW-1901-074
	ターポリン担架	3	TT-1044-006
6	マットレスカバー・シーツ・保温具		

	ALCEF700P (モデル 9304 新型マットレス用) 50 枚入	2	FW-3901-032
	ゴムシート	6	TT-3091-001
5 消毒用資器材			
番号	品名	数量	備考
1	除菌剤		
	E t a k (イタック) 専用トリガー容器 250ml ×12 本	1	ST-3000-133
6 その他の資器材			
番号	品名	数量	備考
1	レスキューシザー・ピンセット		
	ゼーゲン レスキューシザー	1	DR-1035-001
	ピンセット 有鉤 1.5cm	1	FA-1605-002
	万能ハサミ	1	FA-1010-002
2	救急分娩セット		
	お産セット タイプ S	3	FA-3066-016
3	バッグ		
	モデル 5135 マックス トラウマキット II オレンジ	2	FW-1401-092
	ERC バックパックポータブル (酸素ボンベ用携行バッグ)	1	FW-1401-033