

# 仕 様 書

受注者は、次の仕様に基づき卓上型高圧蒸気滅菌器の納品を行うこととする。

## 1 卓上型高圧蒸気滅菌器の性能及び機能に関する要件

参考品 対応品

製造メーカー：富士医療測器株式会社 型番：EAC-3800

### (1) 特徴

- 容量 22.5L の適度な大きさのチャンバー
- インターバルなしで連続滅菌対応（134℃滅菌 5 分、乾燥 5 分の最短設定で 1 時間に最大 3 回の滅菌乾燥作業可）
- 乾燥効率を向上させる乾燥ポンプ搭載
- ブレーカーが落ちてしまった等、電源供給が断たれた場合、自動減圧作業を行う「圧力安全システム」仕様。電源スイッチの OFF 操作でも自動減圧。
- 使用電源は標準仕様の AC100V と消費電力を節減できる AC200V（受注生産／約 1 ヶ月・電源ソケット要確認）あり。

### (2) 仕様

- 連続滅菌対応
- 缶体寸法／容量：Φ260×420mm／22.5L
- システム制御：マイクロプロセッサ方式
- 滅菌温度設定：124／134℃（切替スイッチ式）
- 滅菌時間設定：5～99（1 分単位で設定可能）
- 乾燥タイプ：高速強制加圧乾燥方式（加圧ポンプ&ヒーター加熱）
- 吸水タイプ：ワンプッシュ自動給水
- 加熱ヒーター：1300W
- 最大消費電流値／電源電圧：AC100V／最大 13A（待機時 0.06A 以下）※AC200V（別注）／最大 7A（待機時 0.03A 以下）
- 外形寸法 W×D（ハンドル含む）×H（mm）：565×530（680）×410
- 重量：48.0kg
- 収納可能丸カスト：φ210×H150mm×2 個
- 付属品：滅菌トレイセット 又は 滅菌バスケット（選択）、ヒーターガード、水受けトレイ、取扱説明書、添付文書、製品保証書、2P 変換コネクタ
- 安全装置：空焚き防止、圧力安全弁、緊急減圧システム、過電流プロテクター

3 数 量 1 台

4 納品場所 熱海市役所 いきいきプラザ 1 階健康づくり課

5 納品期限 令和 8 年 1 0 月 2 3 日（金）

6 そ の 他 本仕様書に記載のない事項については、熱海市と受注者で協議の上決定する。