

見積書(兼仕様書)

令和 年 月 日

熱海市長 あて

住 所

見積者 名称及商号

代表者氏名

下記のとおり規格等を確認し、適正な価格で見積もりました。

(※ 下記様式を使用して見積を行ってください。)

納期限: 令和8年12月28日(月) 納品場所: 下記納品場所のとおり

多賀小学校理科教材用備品購入

仕様書[見積番号・総(物)見積第135号]

NO.	品名	メーカー名 (カタログ)	型 番	規 格	納品場所	同等品	営業所	数量	金額(税込) (円)
1	センサー式 酸素・二酸化炭素測定器	ウチダ	8-151-0069	測定原理／酸素：定電位電解式、二酸化炭素：非分散赤外線吸収式(NDIR) 測定範囲／酸素：0.0～25.0%、二酸化炭素：0.04～5.00% 換気方式／一定時間吸引/連続吸引の切り替え式 表示方式／液晶表示器による酸素・二酸化炭素同時デジタル表示 指示精度／校正した温度±5℃において、酸素：±1.0%O2、二酸化炭素：濃度0.04%以上0.50%未満／±0.15%CO2、濃度0.50%以上5.00%以下／±30%RD 測定時間／一定時間吸引で測定の場合50秒 連続使用時間／約1.5時間(アルカリ乾電池使用時)、約2.5時間(ニッケル水素二次電池使用時) ※温度20℃、連続吸引の場合 電源／単三形アルカリ乾電池2個 または単三形ニッケル水素二次電池2個(市販) 外形寸法／約196(幅)×106(奥行)×38(高さ)mm 重量／約400g(電池含む) Bluetooth®無線技術仕様／通信方式:Bluetooth Ver5.2、通信距離(最大):約10m アプリ仕様／対応OS:iPadOS、Windows、Android、Chrome OS セット内容／本体、センサー(内蔵)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書	多賀小学校 事務室	可	市内	6	

担当 学校教育課 後藤
電話 0557-86-6566